

**PKC**

ОАО «ПКС-Тепловые сети»

Заказчик:	ОАО «ПКС-Тепловые сети»	Группа материалов:	КИПиА
№ опросного листа:	13 (СВ1928)	Код МТР в ЕНС РКС:	СВ1928

Наименование МТР: Газоанализатор-течеискатель портативный ФП-22

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Назначение: для измерения объемной доли горючих газов метана, пропана и выдачи звуковой и световой сигнализации при превышении установленных пороговых значений		
1.2	Диапазон показаний в режиме «измерение»: - объемная доля CH_4 - объемная доля C_3H_8	%	0-5,00 0-2,00
1.3	Диапазон измерения: - объемная доля CH_4 - объемная доля C_3H_8	%	0-2,50 0-1,00
1.4	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности в режиме «измерение»: - объемная доля CH_4 - объемная доля C_3H_8	%	+0,25 +0,10
1.5	Порог срабатывания сигнализации: - объемная доля CH_4 - объемная доля C_3H_8	%	+1,00 +0,40
1.6	Пределы допускаемой абсолютной погрешности срабатывания сигнализации: - объемная доля CH_4 - объемная доля C_3H_8	%	+0,05 +0,02
1.7	Порог чувствительности в режиме «индикатор утечки»: - объемная доля CH_4 - объемная доля C_3H_8	%	+0,001 +0,003
1.8	Номинальная цена единицы наименьшего разряда цифровой индикации	%	0,01
1.9	Степень защиты	-	IP20
2	ДОПОЛНИТЕЛЬНО		
2.1	Штанга для поиска из подземных газопроводов		требуется
2.2	Наличие USB порта		требуется

ФИО ответственного:	Прокофьев Олег Константинович
Должность:	Начальник участков котельных и газовых хозяйств
Телефон / Факс:	8-(8142)-76-95-48
Электронный адрес:	o.prokofjev@rks.karelia.ru
Подпись:	